

SIT

SERVIZIO DI TARATURA IN ITALIA Calibration Service in Italy




Il SIT è uno dei Servizi degli Accordi di Mutual Riconoscimento EA-MLA ed ILAC-MRA dei certificati di taratura.
SIT is one of the signatories to the Mutual Recognition Agreement EA-MLA and ILAC-MRA for the calibration certificates

CENTRO DI TARATURA 042
Calibration Centre

istituito da
established by

Worldwide Market Access



Nemko Spa
Via del Carmoccio, 4
20046 Bassano (MI)-Italy

TEL. +39 03922012.01
Fax +39 03922012.21
Web Site: www.nemko.it

CAPITALE SOCIALE € 895.960 Ls.
SEDE LEGALE: Via del Carmoccio, 4
20046 Bassano (MI)

C.C.I.A.A. MILANO 1483210
TRIBUNALE DI MONZA N. 58415
COD. FISC./PART. IVA IT 02540260988

Pagina 1 di 9
Page 1 of 9

CERTIFICATO DI TARATURA N. SIT 03202/09 Certificate of Calibration No. SIT 03202/09

- Data di emissione <i>date of issue</i>	24/06/2009
- destinatario <i>addressee</i>	Esse Ambiente di Urbani Emilia Indipendenza, 9-4 - 40019 Indighe (FE)
- richiesta <i>applicant</i>	NEx 130284
- in data <i>date</i>	-
Si riferisce a <i>referring to</i>	
- oggetto <i>item</i>	Fonometro
- costruttore <i>manufacturer</i>	01dB
- modello <i>model</i>	Solo
- matricola <i>serial number</i>	60360
- data delle misure <i>date of measurements</i>	24/06/2009
- registro di laboratorio <i>laboratory reference</i>	03202

Il presente certificato di taratura è emesso in base all'accreditamento SIT N. 042 rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT). Il SIT garantisce le capacità di misura, le competenze metrologiche del Centro e la riferibilità delle tarature eseguite ai campioni nazionali e internazionali delle unità di misura del Sistema Internazionale delle Unità (SI).

Questo certificato non può essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Centro.

This certificate of calibration is issued in compliance with the accreditation SIT No. 042 granted according to decrees connected with Italian law No. 273/1991 which has established the National Calibration System. SIT attests the measurement capability and metrological competence of the Centre and the traceability of calibration results to the national and international standards of the International System of Units (SI).

This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing Centre.

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure citate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni di prima linea da cui inizia la catena di riferibilità del Centro e i rispettivi certificati di taratura, in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.

The measurement results reported in this Certificate were obtained following the procedures given in the following page, where the reference standards are indicated as well, from which starts the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in their course of validity. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente al documento EA-4/02 e sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95%. Normalmente tale fattore k vale 2.

The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to EA-4/02. They were estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.

Il Sostituto del Centro / Deputy of the Centre

P.I. Luca Buzzi

ALLEGATO 1

referito al certificato: 03202

Enclosure referred to the certificate: 03202

STATO DELLO STRUMENTO

Instrument state

Data di emissione <i>date of issue</i>	24/06/2009
- destinatario <i>addressee</i>	Esse Ambiente di Urbani Emilia <i>via Kaplora, 9/A - 36078 Valdagno (VI)</i>
Si riferisce a <i>referring to</i>	
- oggetto <i>item</i>	Fonometro
- costruttore <i>manufacturer</i>	01 dB
- modello <i>model</i>	Solo
- matricola <i>serial number</i>	60360
- data delle misure <i>date of measurements</i>	24/06/2009

Si attesta che i valori riportati nel certificato in oggetto sono conformi alle norme IEC EN 60804 e IEC EN 60651 per classe 1.

We state that the measured values, recorded in this certificate, comply with the standards IEC EN 60804 and IEC EN 60651 for type 1.